

國立虎尾科技大學

抽氣櫃及藥品調配排氣櫃（藥品櫃）自動檢查記錄表（每年）

單位名稱：

實驗室名稱：

檢查日期：_____ 檢查人：_____

檢查項目	檢查結果	處理情形
1. 構造部分有否磨損，腐蝕，破損		
2. 內部物品是否適當放置		
3. 排氣導管及接頭是否破損，阻塞		
4. 排氣處理能力是否正常		
5. 其他為保持性能之必要事項		
備註 (採取之措施)		

註：

1. 本表格僅供參考，各單位使用時請視需要調整。
2. 重點檢查：於開始使用，拆卸，改裝，修理時實施。
3. 定期檢查：每年定期實施一次以上
4. 建議排氣櫃開口平均補集風速應達 0.5m/s 以上。
5. 檢查結果：正常○，有必要加以特別保養△，異常須送修或改善x。
6. 記錄應保存三年

檢查人員：_____ (簽章)

實驗室負責老師：_____ (簽章)