

國立虎尾科技大學

第一種壓力容器（高壓滅菌鍋等）每月定期檢查記錄表

單位名稱：

實驗室名稱：

設備名稱：

檢查日期： 年 月 日

檢	查	部	分	檢 查 方 法	檢 查 結 果	改 善 措 施
容 器 本 體	本體有無損傷					
	焊接縫有無腐蝕及裂縫					
	保溫有無破損					
	防鏽油漆有無脫落					
蓋 板 螺 栓	各部螺栓有無鬆動或減少					
	各部螺栓有無損耗、腐蝕					
	蓋板、凸緣有無腐蝕或變形					
管 及 閥 等	閥、旋塞有無損耗或洩漏					
	各接頭有無洩漏					
	管線有無腐損					
附 屬 及 安 全 裝 置	安全閥之性能是否正常					
	壓力錶之性能是否正常					
	液面計是否正常					
	溫度計是否正常					
其 他						

註： 1. 本表格僅供參考，各單位使用時請視需要調整。
 2. 檢查結果:正常○，有必要加以特別保養△，異常須送修或改善x。
 3. 本自動檢查表請於每月 10 日前完成檢查，此表留存於工作場所中，保存三年，以便檢查。
 4. 第一種壓力容器:除以下小型或第二種壓力容器外之壓力容器（屬法規之危險性設備）

檢查人員： _____（簽章） 實驗室負責老師： _____（簽章）